

## CAVE!

Vážení odběratelé US Gelu Professional,

bohužel vám musím oznámit velmi nepříjemnou zprávu.

V mém gelu byla zjištěna kontaminace bakterií *Burkholderia cepacia*, která může způsobit nozokomiální nákazu. Proto jsem nucen s okamžitou platností přerušit výrobu a distribuci US Gelu Professional ve všech formách balení do vyřešení tohoto problému. Kontaminace se může vyskytovat v gelu počínaje šarží 1771. Vyvarujte se prosím použití kontaminovaného gelu především v oboru gynekologie a urologie.

Jsem připraven vrátit vám uhrazené peníze při reklamaci nepoužitých balení gelu počínaje šarží 1771. Po dobu mé nepřítomnosti v ČR do 13. 3. vyřizujte prosím reklamáce s panem Skopalem, tel. 605250555.

Tato nežádoucí příhoda byla nahlášena SÚKLu 7. 2. 2019.

Usilovně pracuji na odhalení zdroje kontaminace a nápravě současného stavu. Předpokládám, že nezávadný gel se 100% garancí bude opět k dispozici koncem března. Aktuální zprávy naleznete na webu <http://www.comet.cz>.

Za vzniklé problémy se velmi omlouvám a děkuji vám za dosavadní zákaznickou věrnost. Je mi líto, že nás po 29 letech výroby US Gelu Professional potkala takováto dramatická situace. Hlavní příčinou je zřejmě, podle vyjádření pracovníků Hygienického ústavu v Olomouci, postupně vypěstovaná odolnost bakterie vůči desinfekci, kterou jsme po celá ta léta úspěšně při výrobě používali. A také pokles ostražitosti při periodických kontrolách kvality jako důsledek její dlouhodobé stability.

Poučení: Desinfekce je třeba střídat a kvalitu střežit!

### [WikiSkripta – informace o bakterii Burkholderia Cepacia:](#)

Bakterie *Burkholderia Cepacia* je nebezpečná zvláště pro pacienty s umělými srdečními **chlopněmi** či **cévními implantáty** a pro pacienty s **cystickou fibrózou plic**. Mimo jiné přispívá k **infekcím urogenitálního traktu žen** způsobených právě nozokomiálním přenosem prostřednictvím gelu užívanému ke **gynekologickému vyšetření**.

Vysoká odolnost vůči nemocničním dezinfekčním prostředkům, jako je Ajatin, Septonex či chlorhexidin, ji činí výjimečnou.

Ing. Ladislav Doležal, CSc.

majitel firmy

Tel.: +420 603444233